

询价文件

项目名称：医疗设备采购

项目编号：LTJY-JY-2024-280

江苏省龙潭监狱

2024年12月12日

第一章询价公告

江苏省龙潭监狱关于医疗设备采购的询价公告

项目概况

医疗设备 采购项目的潜在供应商应在 江苏省龙潭监狱交易办（南京市栖霞区龙潭街道珠子山8号） 获取采购文件，并于 2025年1月9日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：LTJY-JY-2024-280

项目名称：医疗设备采购

采购方式：竞争性谈判 竞争性磋商 询价

预算金额：105000 元

最高限价（如有）：105000 元

采购需求：江苏省龙潭监狱医院拟为现有胃镜机配套1个清洗消毒中心工作站，同时采购全自动血沉分析仪一台，采购脉搏血氧饱和度仪50个。合同履行期限：20日历日（具体日期以成交后甲乙双方签订合同为准）。

本项目（否）接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件加盖公章）；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6 供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

1.7 法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：符合条件的小微企业、监狱企业、残疾人福利单位参与投标，对其使用产品的价格给予 10%的扣除，用其扣除后的价格参与评审。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 营业执照的经营范围可以涵盖采购相关内容；

3.2 具备医疗器械经营许可证。

三、获取采购文件

时间：2025 年 1 月 3 日至 2025 年 1 月 7 日，每天上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：南京市栖霞区龙潭街道珠子山 8 号江苏省龙潭监狱交易办

方式：不采用现场报名方式，提供法定代表人授权委托书原件、委托代理人的身份证复印件、营业执照复印件加盖公章扫描在 2025 年 1 月 7 日 17:00 前发送至邮箱 3042982302@qq.com, 邮件主题为“项目名称+单位名称+联系人+联系电话+接收采购文件的电子邮箱”。

售价：/

四、响应文件提交

截止时间：2025 年 1 月 9 日 9 点 30 分（北京时间）

地点：南京市栖霞区龙潭街道珠子山 8 号江苏省龙潭监狱交易办会议室

五、开启（竞争性磋商方式必须填写）

时间：2025 年 1 月 9 日 9 点 30 分（北京时间）

地点：南京市栖霞区龙潭街道珠子山 8 号江苏省龙潭监狱交易办会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

无

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：江苏省龙潭监狱

地址：南京市栖霞区龙潭街道珠子山 8 号

联系方式：025-85716578

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：

地址：

联系方式：

3. 项目联系方式

项目联系人：徐景波

电话：025-85716578

第二章 供应商须知

条款号	条款名称	编列内容
1	采购单位	名称：江苏省龙潭监狱 地址：南京市龙潭街道珠子山8号 联系人：傅啸 电话：025-85716659
2	采购名称	医疗设备采购
3	实施地点	江苏省龙潭监狱
4	资金来源	财政资金
5	资金落实情况	已落实
6	供货期限	日历日： 20 日历日
7	质量及服务标准	详见第五章“项目需求”
8	供应商资质条件、能力和信誉	资质条件：详见询价公告 财务要求：详见询价公告 业绩要求：详见询价公告 信誉要求：详见询价公告 其他要求：详见询价公告
9	是否接受联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受 应满足下列要求：
10	踏勘现场	<input type="checkbox"/> 不组织 <input checked="" type="checkbox"/> 组织

11	采购预备会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开 召开时间： 召开地点：
12	供应商提出问题的截止时间	2025年1月7日
13	询价发起人书面澄清的截止时间	2025年1月8日
14	分包	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许 分内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求：
15	响应文件递交截止时间	2025年1月9日9时30分
16	询价投标有效期	60天（日历日）
17	投标保证金	形式：汇票、转账支票、电汇 金额：0元 收取单位：江苏省龙潭监狱 开户银行：中国工商银行股份有限公司南京仙林湖支行 账号：4301012109001114475 地址：南京市栖霞区龙潭街道珠子山8号
18	近年完成的类似项目的年份要求	无
19	是否允许递交备选投标方案	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许
20	签字或盖章要求	<input checked="" type="checkbox"/> 无特殊要求 <input type="checkbox"/> 特殊要求：
21	响应文件份数	纸质正本一份，副本一份。
22	封套上写明	询价发起人的地址：南京市龙潭街道珠子山8号 询价发起人名称：江苏省龙潭监狱 医疗设备采购(项目名称) LTJY-JY-2024-280（文件编号）响应文件在2025年1月9日9时30分前不得开启
23	响应文件递交地点	南京市栖霞区龙潭街道珠子山8号江苏省龙潭监狱交易办会议室

24	是否退还响应文件	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是
25	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：同响应文件递交地点
26	开标程序	按响应文件递交的顺序
27	评审小组的组建	评审小组构成:3人 评审专家确定方式： 随机抽取
28	是否授权评审小组确定成交人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 ;推荐的成交候选人数：3
29	需要补充的其他内容	
<p>A、投标保证金缴纳及退还注意事项：</p> <p>1、投标保证金应当从供应商的基本账户转出（提供开户证明）。</p> <p>2、供应商应按照询价文件中规定的投标保证金数额和缴纳方式按时足额缴纳投标保证金。供应商应充分考虑资金的在途时间，确保投标保证金在投标截止时间前到达指定账户。</p> <p>3、投标保证金应以银行保函、银行汇票、银行本票、电汇、支票等形式交纳。供应商在交纳投标保证金时，应当做到一项目一缴纳。询价项目需重新询价的，供应商应在下一次询价时重新递交投标保证金。</p> <p>4、供应商以电汇、银行汇票、银行本票形式缴纳时应在结算业务申请书的“备注栏”中，注明本次所缴保证金的询价编号（如多标段应注明标段号）、项目名称等相关内容，以转账支票形式缴纳时应在银行进账单的“付款人名称或账户栏”中（左右两边）注明汇款人名称、询价编号（如多标段应注明标段号）、项目名称等相关内容。供应商在汇款时应要求汇出行将结算业务申请书的“备注栏”或银行进账单的“付款人名称或账户栏”录入完整（汇款人、询价编号必须填写）。</p> <p>5、投标保证金的退还时间在公示结束、成交通知书发出后5个工作日内退还至投标保证金汇出帐户，如供应商发生名称变更、重复交纳等特殊情况下造成投标保证金不能正常退还的，应提交相应证明材料，经核实后再行办理。</p>		

询价须知

一、总则

1、适用范围：本询价文件仅适用此项目。

2、项目采购方式：本次采购采取询价的方式。

3、合格的供应商

3.1 满足本询价文件“询价公告”中合格供应商资格要求的规定。

3.2 满足本询价文件实质性要求和条件的规定。

4、参加询价费用

4.1 参加供应商应自行承担所有与参加询价有关费用。不论最终的成交结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次询价由采购人自行组织无需招标代理费及评委费。

5、询价文件的约束力

供应商一旦下载了本询价文件并决定参加询价，即被认为接受了本询价文件的规定和约束，并且视为自询价公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、询价响应文件的编制及保证金收取

1、询价响应文件份数和签署

1.1 供应商应严格按照询价要求准备询价响应文件（以下简称响应文件）正本一份，副本一份。

响应文件正本中，除询价文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖供应商公章。本询价文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

1.2 除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2、响应文件编制要求

2.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关询价的所有来往函电均应使用简体中文。询价文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.3 投标人如同时参与多个合同包招标，则应按合同包分别制作响应文件，否则将视为无效响应文件。

3、参加供应商资格的文件证明

3.1 供应商应提交证明其有资格参加询价和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2 供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.3 供应商应填写并提交询价文件所附的“资格证明文件”。

4、询价响应报价表

4.1 供应商应按照询价文件规定格式填报询价响应报价表（含分项报价）。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，询价文件中另有规定的按规定执行。

4.2 标的物

详见项目需求。

4.3 有关费用处理

本次采购供应商的报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本询价文件中另有规定的除外。

4.4 其它费用处理

询价文件未列明，而供应商认为必须的费用也须列入报价。

4.5 报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。询价文件中另有规定的按规定执行。

4.6 询价响应报价表上的价格应按询价文件规定填写。

5、项目需求响应方案

5.1 提供为完成本项目的深化设计和总体实施方案。

5.2 对询价文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

5.3 供应商认为需要的其他技术文件或说明。

6、询价保证金：无

7、履约保证金：人民币/元

形式：汇票、转账支票、电汇

金额： /元

收取单位：江苏省龙潭监狱

开户银行：中国工商银行股份有限公司南京仙林湖支行

账号：4301012109001114475

地址：南京市栖霞区龙潭街道珠子山 8 号

履约保证金在成交后缴纳，履约完毕退还。

8、如需答疑，联系人：陈坤；联系电话：17311116105

三、响应文件的递交

1、响应文件的密封和标记

1.1 供应商应严格按照采购要求的份数准备响应文件，响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。供应商应将响应文件正本和所有副本密封。

1.2 密封的响应文件应：

(1) 按询价公告中注明的地址送达规定地点；

(2) 注明参加询价项目名称、询价文件编号；

(3) 密封包装上应写明供应商名称。

1.3 如果密封包装未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对此造成提前开封的响应文件，采购人将予以拒绝，作无效响应处理。

2、询价响应文件即可以现场递交，也可以邮寄方式递交，但均应保证在投标截止时间前送达，邮寄地址：南京市栖霞区龙潭街道珠子山8号；收件单位：江苏省龙潭监狱交易办；收件人：徐景波；电话：17311115267

3、响应文件投标截止时间和开启时间

采购人收到响应文件的时间不得迟于本询价文件规定的响应文件接收截止时间。本标的投标截止时间和开启时间为：**2025年1月9日9:30**

4、询价响应有效期

4.1 询价响应有效期为采购人规定的响应文件接收截止时间后六十(60)天。询价响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

4.2 在特殊情况下，采购人于原询价响应有效期满之前，可向供应商提出延长询价响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。

四、询价与评审

1、询价仪式

1.1 采购人将在采购中规定的时间和地点组织询价开始仪式，仪式由采购人主持，供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

2、询价小组

2.1 询价开始仪式结束后，采购人将立即组织询价小组进行评审。

2.2 询价小组由采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合相关采购有关规定。

3、询价评审过程的保密与公正

3.1 询价小组、采购人工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2 在询价评审过程中，供应商不得以任何行为影响询价评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3 询价小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据询价文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应询价文件的响应文件按无效响应处理，询价小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1 询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2 接到询价小组要求的供应商应派人按询价小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3 接到询价小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1 响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和询价文件的规定，对响应文件中的资格证明文件，以确定供应商是否具备参加询价的资格。

询价小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、相关采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加询价的资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

符合性检查：依据询价文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。

5.2 在正式评审之前，询价小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了询价文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与询价文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与询价文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与询价文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由询价小组按照少数服从多数的原则认定。询价小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 被认定为未实质性响应询价文件的响应文件的情形

- (1) 未按照询价文件规定要求密封、签署、盖章的；
- (2) 供应商在报价时采用选择性报价；
- (3) 供应商不符合询价文件中规定的合格供应商资格要求的；
- (4) 不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求和条件的（本询价文件中斜体且有下列划线部分为实质性要求和条件，**第五章项目需求须完全响应**）；
- (5) 其他法律、法规及本询价文件规定的属于未实质性响应的响应文件的情形；

(6) 供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或相关采购严重失信行为记录名单。

5.4 未实质性响应询价文件的响应文件按无效响应处理，询价小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

6、询价程序

6.1 评审方法：对于通过资格性和符合性审查的供应商，评审小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按经评审的最低报价从低到高进行成交排名，如出现总价最低相同的情况，则投标商品质量相对良好的排名优先。质保期限、价格水平将影响评审的最终报价。

6.2 评审标准：见本询价文件第三章规定。

6.3 采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次询价采购活动将被终止：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

第三章 评审办法

本次询价采用经评审的最低价格法。评审小组对满足询价文件实质性要求的响应文件，按照报价从低到高进行排序推荐成交候选人。如投标报价相等时，由评审小组自行确定。

第四章合同条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_____

乙方：（卖方）_____

甲、乙双方根据_____项目询价的结果，签署本合同。

一、采购标的

1.1 产品/服务内容：_____。

1.2 服务期限：_____。

1.3 补充条款：_____。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_____圆整（¥_____元）
人民币。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按询价文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳的询价保证金直接转为履约保证金。

(乙方交纳人民币_____元作为本合同的履约保证金。

6.2 合同履行结束后，乙方凭采购人签署的同意退还履约保证金的证明（格式见询价文件附件《履约保证金退还申请》，加盖采购单位公章），办理保证金退还手续（无息退还）。

七、转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

质保期_____年。（自项目验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：_____。 9.2 交付方式：_____。

9.3 交付地点：_____。

十、合同款支付

10.1 付款方式：_____。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按询价文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在___小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、验收

13.1 甲方对乙方提交的产品或服务依据询价文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

13.2 乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；询价文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、合同内容的交付

14.1 乙方应保证合同标的的安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

14.3 乙方在合同标的交付甲方 48 小时前通知甲方准备接收。

14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十五、保密条款

15.1 双方应当对本协议的内容、因履行本协议或在本协议期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容(简称“保密资料”)保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向本协议以外的任何第三方披露。资料接受方可仅为本协议目的向其确有知悉必要的雇员披露对方提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。双方应仅为本协议目的而复制和使用保密资料。

15.2 除非得到另一方的书面许可，甲乙双方均不得将本合同中的内容及在本合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。

15.3 乙方保证对因履行本合同获悉的监狱工作秘密进行保密，不得向任何第三方泄露。

15.4 本保密义务应在本协议期满、解除或终止后仍然有效。

十六、违约责任

16.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

16.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

16.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方

损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

16.4 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十七、不可抗力事件处理

17.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延

长，其延长期与不可抗力影响期相同。

17.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

17.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

18.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为 XXXX。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

19.2 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

甲方：

乙方：

地址：

地址：

法定代表人或授权代表：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

联系电话：

签订日期： 年 月 日

廉 洁 合 同

甲方：

乙方：

为了在双方工作沟通中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据廉政建设的各项规定，结合工程项目的特点，特定立本合同如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家和所在地区关于交易工作规则和廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关材料设备供应、工程分包等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就双方各项委托交易活动进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的一方，在同等条件下给与承接后续工程的优先邀请抽签权。

十二、本廉洁合同作为本项目合同的附件，与合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。本合同一式二份，甲、乙双方各持一份。

甲 方：（盖章）

乙 方：（盖章）

法定代表人：

法定代表人：

第五章 项目需求

一、项目基本情况

江苏省龙潭监狱医院拟为现有胃镜机配套 1 个清洗消毒中心工作站，同时采购全自动血沉分析仪一台，采购脉搏血氧饱和度仪 50 个。

二、需求明细

序号	名称	单位	数量
1	胃镜机配套清洗消毒中心工作站	个	1
2	全自动血沉分析仪	台	1
3	脉搏血氧饱和度仪	个	50

三、技术及质量要求

1、胃镜清洗消毒中心工作站配置要求及技术参数：

(一) 内镜清洗消毒中心工作站配置要求：

序号	产品名称	数量	备注
1	胃镜清洗消毒中心工作站	1 套	五槽+干燥台，全管道。
2	纯水机	1 台	
3	内窥镜储存柜	1 台	
4	内窥镜转运车	1 台	
5	胃镜图文处理工作站	1 台	

(二) 胃镜清洗消毒中心工作站技术参数：

1. 台面/洗消槽 5 台：采用 PMMA 高分子材料分段式一体吸塑成型，该材料抗压强度高，弹性好，抗氧化，高度耐酸碱，采用防泛水设计。台面前端采用大圆弧造型设计，功能背板采用斜度设计，整体简洁大方，并设有篮筐放置平台，方便操作人员快速洗消。

2. 柜体/功能背板 1 组：结构按功能作用形成分体组合，便于设备检修保养，柜体配制静音轴承滚轮，更易搬迁和功能升级，功能背板采用 PMMA 高分子复合材料一体吸塑成型，具有防腐防潮，永不生锈。支架采用 304 不锈钢，下柜悬空 100mm 设计，不形成台下卫生死角，便于清扫，符合院感要求，整机加背板高度为 1750mm。
3. 自动灌注器 5 套：①采用隐形设计，节省操作空间，有效防止内镜、洗消人员及自动灌注器本身的意外损伤；②模块式设计，由操作面板、执行部件两部分组成，方便快捷维修；③在初洗、清洗、末洗严格按《规范》要求，采用洁净的“一次水”灌注，避免二次感染；④具有脉动注液、注气、有效保证内镜洗消达标；⑤微电脑控制系统，各种数据可自行自由设定，体积小、运行稳定、快速；⑥采用液晶中文显示屏操作面板，一键启动，操作简单，安全可靠；⑦快速插接头设计位置位于洗消槽后方，操作更加方便自如，只需单手操作就可完成，浸泡时方槽盖可实现完全密封，彻底的消除消毒液的扩散。
4. 内镜侧漏装置 1 套：预清洗后，对内镜进行漏水测试，以确保其防水性。
5. 电动无油空压机 1 台：采用无油活塞式设计，保证压缩气体中绝无油分子，配水气分离系统，压力调节范围为 0.2Mpa~0.8Mpa，气罐一次性储气量 \geq 30L，主机气量 \geq 115L/min，噪音 \leq 52dB。
6. 消毒槽活动密封盖 2 个：采用透明亚克力面板吸塑成型有手柄，完全密封消毒槽，防止消毒液挥发污染环境，盖子可移动。可以清洗看到浸泡清洗的状况。
7. 一体化供排水、电路系统 1 套：隐藏式设计，美观大方，电路全防水设计，确保安全。
8. 不锈钢内镜高压水枪 3 套：枪体一次冲压成型，高度耐酸碱，抗腐蚀性强，细菌附着率低。杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染，防止枪体腔道腐蚀而产生的脱落物进入内镜腔道，从而造成内镜损坏。
9. 全管道清洗装置挂钩 1 排：镀镍制造，防酸碱。
10. 不锈钢内镜高压气枪 3 套：枪体一次冲压成型，高度耐酸碱，抗腐蚀性强，细菌附着率低。压力：0~0.75MPa，由中心气体处理器精确调控气压，压力可准确显示数值，安全可靠。
11. 操作流程指示标牌 1 套：各清洗消毒槽的表示牌。
12. 304 不锈钢双水龙头 5 只：转动式 304 不锈钢双水龙头。
13. 豪华内镜干燥保养台 1 套：采用 PMMA 高分子复合材料一体吸塑成型，表面光洁、抗菌、耐磨及酸碱腐蚀；中间层吸收冲击，无锋角和接缝，台面有条状凸起，增加表面的摩擦度，防止内镜或附件滑落；干燥台尺寸：根据实际场地可作调整。

14. 给排水系统 1 套：给排水系统采用 304 不锈钢高压编织供水软管及管件；优质的 PP-R 冷热水管材和管件，符合 GB/T 18742.2-2002 中 PP-R 技术要求和 SH-T 1750-2005 技术要求。排水系统采用：优质 PVC 排水软管及 PVC-U 专用排水管及管件。
15. 消毒液回收装置 1 套：可回收消毒液，节省科室成本。
16. 灯光照明系统 1 套：背板顶部为白色圆型灯，用于清洗时辅助照明。
17. 内镜吹干器 1 台：用于镜体吹干，风力可调。
18. 灌流器自动接头 7 只：所有槽均采用美国进口 PCP 材料，配有带自锁的接头，全部程序执行只需连接接头，无需将全管道灌流器拆卸，方便、快捷。
19. 灌流电脑控制系统 5 套：控制系统稳定，读时准确，计时单位为毫秒级，整体美观大方，不占用空间，数字显示，计时定时，操作简便，易清洁。
20. 中心电源控制系统 1 套：中心电源的控制，有效防止用电器在无人情况下出现异常。
21. 内镜清洗工作站具有二类医疗器械注册证、生产许可证。
22. 内镜清洗工作站通过 GB4793.1-2007 电气安全检测，并出具省级以上检验机构检验报告。
23. 内镜清洗工作站通过 GB/T 18268.1-2010 电磁兼容检测，并出具省级以上检验机构检验报告。
24. 内镜清洗工作站取得 GB/T 19001-2016 idt ISO 9001: 2015 和 YY/T 0287-2017 idt ISO 13485: 2016 质量体系认证证书。
25. 提供板材 48 小时耐酸碱腐蚀检测报告。

(三)内窥镜储存柜技术参数：

1. 外部材料采用多工艺处理的钢塑材料。与内胆有机的融为一体，柜内空间密闭效果优异，整体简洁、实用、美观、大方。
2. 内胆材料工艺，内胆采用高分子复合材料独立开模一体成型，易清洁，表面细菌残留量低；实用方便、安全、快捷；对内镜无磨损等特性。
3. 储存方式：柜内设计有透明高分子复合材料制成的内镜悬挂系统，该系统为上中下三件套，全方位的定位内镜，防止相互碰撞，并且下部件为可升降式，保持内镜垂直存放，避免碰撞损伤。
4. 控制方式：微电脑液晶中文显示；显示时间、日期、星期、和消毒累计时间、温度湿度

显示；紫外线臭氧消毒（消毒时紫外线不能直接照射到内镜，避免消毒时对内镜造成老化等损坏）。

5. 消毒模式：手动自动，智能化控制循环风消毒循环风闭式空气消毒系统，程控自动运行，带消毒累时功能。

6. 活检钳挂钩，开门柜内照明LED灯。

7. 功率：30W，电源电压：220V 50HZ。

8. 双门柜外形尺寸：630*535*2080mm，可储存6条。

(四)纯水机技术参数：

1. 设备名称：纯水系统。

2. 用途：为医院消毒供应中心，内镜清洗中心提供无菌水。

3. 产水量：120L/h/套（25℃）温度每降低1℃，产水量约下降3%。

4. 水利用率 $\geq 60\%$ 。

5. 脱盐率 $\geq 99\%$ 。

6. 产水水质

6.1水质符合GB5749的规定，并保证细菌总数 $\leq 10\text{CFU}/100\text{ml}$ ，生产纯水的滤膜孔径为0.0001 μm 。

6.2符合卫计委颁布的WS507-2016软式内镜清洗消毒技术规范。

7. 设备主要技术要求/标准性能

7.1具备自动液位保护、压力故障保护停机、水质超标报警排放。

7.2预处理采用三级过滤装置，0.01 μm 的膜孔径有效拦截水中泥沙、铁锈、有机物，保证反渗透膜的进水水质，有效延长反渗透膜使用寿命。

7.3设备配备各种显示仪表，能够实时在线的显示水质、流量、压力等信息。

7.4主机采用一体化设计，结构紧凑，占地面积小，只需要2平方空间，就能实现完美安装，和设备对接。

8. 控制方式

采用一键式启动方式，电气原件均采用知名品牌，性能稳定，故障率低，保证设备安全稳定的运行。

9. 纯水输送系统：含压力控制器及自吸式射流输送泵，输送泵配压力控制器，终端设备用水启用，停用水时根据压力自动进入待机状态。

10. 电源要求：单相AC220V $\pm 10\%$, 50Hz；功率1Kw, 环境要求：适应于环境温度+5℃-+30℃之间，相对湿度 $\leq 80\%$ 。

11. 主机采用开放式结构，底部自带万向轮，最大限度降低设备运行噪音，外观美观；采用模块化设计和安装，如果医院的生产能力需要扩大，能够方便和容易地增加模块扩大设备的产水能力，具有极好的可升级能力。

12. ★公司生产的内镜清洗专用纯水设备，通过了产品质量检验所的细菌检测并取得了无菌水检测报告。

(五)内窥镜转运车技术参数:

1. 车体材质要求: 碳钢喷塑而成。规格 $\cong 630*515*970\text{mm}$ 。
2. 周转盘材料要求:
 - 2.1 由 PMMA 高分子复合材料独立开模制成, 具有耐腐蚀、不沾水、车行顺畅、取放方便等优点。
 - 2.2 盆内的内镜存放导航隔条使污染部位和非污染部位分离。二层设计使客户在使用过程中可将清洁和污染的内镜分层标明后置放, 可达到高效周转, 避免交叉感染等功效。
 - 2.3 转运盘尺寸 $\cong 450*630*130\text{mm}$ 。
3. 密封盖材质要求: 透明亚克力材质独立开模制成的透明盖子。
4. 配置四只 $\varnothing 65\text{mm}$ 万向静音轮, 坚固耐用; 可在平整地面上任意推动、任意转向, 其中 2 只脚轮配置刹车, 可在任意状态下使用刹车功能。

(六)胃镜图文处理工作站技术参数:

1. 医用内窥镜摄像系统软件, 由软件和USB加密狗组成。软件主要由患者管理、图像采集、查询统计、系统设置、系统备份、系统帮助、退出系统七大模块组成。
2. 适用范围
供医院配合医用内窥镜摄像系统使用时对存储的影像进行处理并输出图文信息报告。
3. 处理对象医用内窥镜图像, 最大并发用户数为1个。
4. 数据接口
硬件接口: USB2.0/USB3.0数据格式: JPEG或BMP格式图像。
5. 硬件高清图像采集卡, 采集像素:1920x1080。
6. 临床功能
 - 6.1 患者管理
 - 6.1.1 书写报告
软件应有“新增患者”功能; 软件应有“新增患者”功能;
软件应用“预览报告”“打印报告”功能;
软件应有“词库选择功能”;
 - 6.1.2 患者信息综合查询
软件应有“患者信息检索”检索功能, 应可按检查日期、姓名、检查项目进行查询。
 - 6.2 图像采集: 可采集图片、录像
可对视频效果的亮度、对比度、色度、饱和度这四个参数进行调整。
7. 提供彩色打印机一台, 免费升级, 保修壹年, 如遇使用故障, 1小时内电话响应, 特殊情况

24小时内提供上门服务。

2、血沉仪技术参数：

1. 测量方法：定时扫描红外光电检测。
2. 分析结果：拟合魏氏法血沉值。
3. 样品位：10个。
4. 样品量：1.6 ml 抗凝血。
5. 测量范围：0-160mm/H。
6. 测量时间：20标本/小时。
7. *液晶显示屏幕：无需操作，无物理按键，仪器自动测量。
8. 运行方式：自动感应新样本的插入并开始测量，无需操作。
9. 温度补偿系统：有实时温度补偿控制系统，结果修正到18℃时的数值。
10. 条码扫描仪：支持。
11. *可提供的结果参数：血沉结果、可打印沉降曲线。
12. 内置热敏打印机：有。
13. 条码扫描仪：可连接。
14. 测量精度：小于 0.2mm。
15. 抗干扰能力：不受黄疸、溶血、乳糜血等病理样品的影响和外来因素干扰。
16. 数据再现能力：测试结果可再次查询，包括沉降曲线。
17. *仪器设计有防尘系统及遮光罩，可有效防止灰尘及阳光对监测系统的影响，提高准确性。

3、脉搏血氧饱和度仪技术参数：

1. 产品名称：脉搏血氧仪。
2. 测量方法：双波长 LED 发射管。
3. SpO₂测量范围：在35%-100% 。
4. 脉率测量范围:25-250 bpm。

5. 脉率分辨率: 1bpm。
6. 脉率测量精度: ± 3 bpm。
7. SpO₂测量精度: 70%–99%范围: $\pm 3\%$, 70%以下不做要求。
8. 工作大气压: 86kPa–106kPa。
9. 工作环境: 5° C – 40° C, 湿度<80%RH。
10. 包装尺寸: 115 X 140 X 45mm。

4、质保期: 胃镜机配套清洗消毒中心工作站、脉搏血氧饱和度仪 1 年;
全自动血沉分析仪 3 年。

5、负责安装调试, 因安装调试产生的辅材费用及食宿费用由供货方自理。

6、保修期内除人为因素损坏外, 其余因使用产生的磨损和自然损耗由供货方免费维修, 不得另行收取费用;

7、需提供设备完整的合格证、使用说明、操作手册和安装、调试、维修手册;

8、设备安装完毕使用前对需方人员进行免费培训。

四、采购范围

完成本项目所需的一切货物、运输等费用及税费、利润。

五、供货期限、地点

1、供货期限: 20 日历日

2、送货地点: 南京市龙潭街道珠子山 8 号

六、付款方式:

货到验收合格采购人支付全款 **95%**的货款, 成交供应商开具全款发票, 余款 **5%**质保期结束 7 日内付清。

第六章 响应文件的组成和格式

询价响应文件

(正或副本)

项目名称： 医疗设备采购

项目编号： LTJY-JY-2024-280

供应商（法人公司）名称：

日 期：

资格审查证明文件

营业执照复印件或法人证书、经营许可证等资料（复印件并加盖投标人公章）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的采购文件编号为_____的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品或服务报价占比为_____%。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称

（盖章）：

日期：

询价响应函

致：江苏省龙潭监狱

我方确认收到贵方_____（项目名称）_____采购货物及相关服务的询价文件（项目编号），_____（报价人名称、地址）_____作为报价人已正式授权（被报价人授权代表全名、职务）_____为我方签名代表，签名代表在此声明并同意：

1. 我们愿意遵守询价文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚询价文件的要求及有关文件规定，并严格按照询价文件的规定履行全部责任和义务。
2. 我们同意本报价自投标截止之日起60天内有效。如果我们的报价被接受，则直至合同生效时止，本报价始终有效并不撤回已递交的报价文件。
3. 我们已经详细地阅读并完全明白了全部询价文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本询价文件的要求，我们同意放弃对询价文件提出不明或误解的一切权力。
4. 我们同意提供采购单位与评审委员会要求的有关报价的一切数据或资料。
5. 我们理解采购单位与评审委员会并无义务必须接受最低报价的报价或其它任何报价，完全理解采购人拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予成交的唯一条件。
6. 如果我们未对询价文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。
7. 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次竞争性磋商采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
8. 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于采购人。
9. 所有有关本次投标的函电请寄：（报价人地址）

备注 本投标函内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

报价人名称：

报价人公章：

法定代表人或报价人授权代表（签名或盖章）：

电话：_____ 传真：_____ 邮编：_____

询价响应报价表

目编号：LTJY-JY-2024-280

项目名称	医疗设备采购
投标报价	人民币（大写）__拾__万__仟__佰__拾__元__角__分 人民币（小写）¥_____元
供货期限	_____日历日
质保期	1、胃镜机配套清洗消毒中心 _____ 年 2、全自动血沉分析仪_____ 年 3、脉搏血氧饱和度仪_____ 年

供应商（盖章）：

日期：_____年__月__日

分项报价表

序号	设备名称	品牌	规格型号	单位	数量	单价	合计
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
总计					_____ 元		

备注：根据需求对应填写，行数可自行增减

供应商（盖章）：

日期：_____年 ___月 ___日

商务响应表

项目	采购文件要求	供应商承诺或说明
实施保证	<p>合同签订后 20 日历日之内完成物资的供应工作。</p> <p>采购人有权监督和管理本项目的测试、安装、调试、故障诊断、验收等各项工作，我方接受并服从采购人的监督、管理要求，无条件提供中间过程工作成果。</p> <p>根据采购人的要求，按时将货物安装至采购人指定地点。</p>	
质量保证	<p>达到国家验收规范合格标准。供货前提交相关生产许可证、强制性产品认证证书、检测报告或相关产品的保证书供业主检验，若质量不符合规范要求要求的，则无条件退货，其导致交货延误的或其他损失由我方承担，到验收合格为止。</p>	
服务保证	<p>1、在合同签订时须提供原厂质保__年售后承诺书（原件）。具体几年由供应商自行承诺。</p> <p>2、设备使用期内，售后响应 7*24 小时，一般情况上门维保 24 小时，紧急情况提供 3 小时上门维保。若短期无法修复的，及时提供相应备用设备并负责安装调试。发生任何非人为故障，由供应商负责系统恢复。故障报修的响应时间为即时，到达现场的时间为 2 小时，小型故障恢复时间为 4 个小时，严重故障恢复时间为 24 小时内，并及时有效的提供解决方案。 具体几个小时时间由供应商自行承诺。</p> <p>3、提供至少每年一次上门巡检服务。</p> <p>4、其他服务承诺由供应商自行描述。</p>	
	<p>1、从到货完毕最终验收合格之日计算。保质期内排除故障出现的情况按采购文件的约定。</p> <p>2、质保期内维修费用由我方负责。质保期后，我方仍负责提供终身维保服务。</p>	
验收承诺	<p>承诺提供全新的、未使用过的设备及有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为设备验收标准。</p> <p>设备验收标准和检测办法，及验收中的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准。具体由供应商自行描述承诺。</p>	
结算承诺	<p>安装调试验收合格后，凭全额发票进行结算。</p>	
支付承诺	<p>货到验收合格采购人支付全款 95%的货款，成交供应商开具全款发票，余款 5%质保期结束 7 日内付清。</p>	
其他承诺		

注：供应商应根据采购文件要求，在“供应商的承诺或说明”栏作详细承诺或说明。

供应商（盖章）：